

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	河南大学淮河医院
项目名称	河南大学淮河医院数字减影血管造影机球管采购项目
预算金额	1250000 元
供应商名称	河南斑鸥商贸有限公司
单一来源事由及条件	<p>球管不是单独存在能使用的设备是 DSA 的重要组成部分要达到和 DSA 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。DSA 对球管有严格的精准和匹配性的要求。GE 原厂球管获得到了国家食品与药品监督管理局严格认证的整机 CFDA 证书。根据《政府采购法》第三十一条规定，保证原有采购项目一致性或服务配套的要求拟采用单一来源采购方式采购。</p>
专家一论证意见	<p>该院采购的数字减影血管造影机球管，是 GE 原厂生产的，且 DSA 对球管有严格的精准和匹配性的要求，其他品牌的设备无法替代，具有唯一性。</p> <p>综上所述，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定。同意采用单一来源方式采购。</p>
	日期：2025 年 07 月 02 日
	专家签字：李亚娟
	工作单位：郑大二附院